


**「神経麻酔分野における新旧規格製品について」の研修会を行いました。  
講師は、トップ株式会社の担当者の方です。**

2020年2月末で旧製品の出荷が終了します。  
医療安全を図るため、津南病院では医師・看護師で  
津南病院で対象となる製品について学習しました。  
今後も安心・安全な医療の提供に心がけていきたいと思います。



スリップ

(カラー)



麻酔

相互接続防止コネクタ

ISO 80369-6 脊椎麻酔、硬膜外麻酔及び神経ブロック

注射・輸液用

麻酔 相互接続防止コネクタ

ISO 80369-6 脊椎麻酔、硬膜外麻酔及び神経ブロック



新規格

(ねじ山)



スリップ

ロック